

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号： 国械注进20152652249

注册人名称	Ethicon Endo-Surgery, LLC
注册人住所	475 Calle C Guaynabo, PR 00969
生产地址	<p>Ethicon Endo-Surgery, LLC 475 Calle C, 00969 Guaynabo, PUERTO RICO USA Ethicon Endo-Surgery, Inc. a Johnson & Johnson company 4545 Creek Road, Cincinnati OH 45242, USA Ethicon Endo-Surgery, Inc. 3801 University Boulevard SE, Albuquerque, NM 87106, USA Ethicon Endo-Surgery S.A. de C.V. Avenida de Las Torres 7125, Colonia Salvarcar 118, 32580 Ciudad Juarez, Chihuahua, MEXICO Ethicon Endo-Surgery, S.A. de C.V. Planta II Calle Durango No. 2751, Colonia Lote Bravo, 32575 Ciudad Juarez, Chihuahua, MEXICO</p>
代理人名称	强生(上海)医疗器材有限公司
代理人住所	中国(上海)自由贸易试验区富特西一路439号第一、二、三层C部位
产品名称	弯型和直型腔内吻合器 ILS Curved and Straight Intraluminal Staplers
型号、规格	CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A, SDH21A, SDH25A, SDH29A, SDH33A
结构及组成	产品由桔红色显示区、穿刺器、钉仓、安全指示窗、调节旋钮、保险、击发杆、护钉板、反穿刺器、反穿刺器保护罩、钉砧头、打结凹槽、锁扣弹簧片和钉砧杆组成。吻合器的材料为医用不锈钢, 旋钮的材料为聚碳酸酯, 吻合钉的材料为钛合金。辐射灭菌, 一次性使用。
适用范围	该产品用于全消化道端-端、端-侧、侧-侧吻合。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门： 国家食品药品监督管理总局

批准日期： 二〇一五年七月九日
 有效期至： 二〇二〇年七月九日

